

医療法人 仁栄会

緑ヶ丘介護医療院

見守り介護ロボット（介護記録ソフト連携含む）

に関する仕様書

令和7年12月11日

1 概要 :

本仕様書は緑ヶ丘介護医療院に導入する、見守り介護ロボット(介護記録ソフト連携含む)について規定するものである。

2 納入場所 :

緑ヶ丘介護医療院 〒359-1161 埼玉県所沢市狭山ヶ丘 1 丁目 3009 番地

3 納入完了期限 :

令和8年1月末までに納入、設置および調整を完了することとする。

4 内容 :

(1) 見守り介護ロボット

緑ヶ丘介護医療院内にて下記要件を満たせるセンサーであること。

- ① ベッド上に設置するセンサーであること
- ② 既存の環境下で使用可能であること
- ③ 24 時間 365 日稼働可能なシステムであること
- ④ オンプレミス方式にて運用可能であること

またセンサーの機能について下記を持ち合わせていること

(アラート内容一覧)

- ・体動
- ・起き上がり
- ・離床
- ・呼吸数上昇/低下
- ・心拍数上昇/低下

(状態確認)

- ・睡眠状態表示 (3 段階)
- ・心拍数/呼吸数表示 (波形での表示)

(運動)

- ・ナースコール連携

(2) 記録連携

緑ヶ丘介護医療院で導入する『ほのぼの NEXT』システムとの連携システム

5 納入機器数量 :

納入する機器は下記内容について行うものとする。

【見守りセンサー】

- (1) ベッドセンサー：60台
- (2) サーバー : 1台
- (3) 設置作業費用 : 一式

【記録連携】

- (1) 連携ソフト : 一式
- (2) 設定作業費用 : 一式

6 搬入：

- (1) 物品の搬入・据付けに当たり建物、施設設備等に損害を与えないよう必要な措置を講ずること、なお、損害を与えた場合原状復旧を行うこと。
- (2) 物品の搬入及び調整に要する経費は受注者の負担とする。
- (3) 搬入に際して発生した梱包材等は全て持ち帰ること。

7 試験：

- (1) 機器据付工事完了後、総合試験を行うこととする。

8 検査および検収：

- (1) 本仕様書に基づき検査を行い、合格をもって検収を行うこととする。
- (2) 機器の取扱い・操作方法について、当法人職員に十分な説明を行うこと。

9 保証：

- (1) 保守修理の費用は、当法人の故意又は重大な過失によるものを除き、納入後1年間は無償とすること。
ただし、保証期限等、別途規定のあるものは、その規定に従う。
- (2) 保守修理に応ずる体制を整えるとともに、障害発生時には速やかに修理に応じること。

10 保守：

- (1) 見守りセンサーについては不具合があった際にサポートセンターがあること
- (2) 当法人職員からの技術的な相談に速やかに応じられる体制を整えること。

11 その他の事項：

- (1) 同様の介護施設で見守りセンサーの納入実績があること。
- (2) 日本語の取扱説明書を提出すること。
- (3) 本仕様書に指示のない事項であっても、本装置の稼働上当然必要と認められるものは、全て実装し、本装置の機能条件を満足させるものとすること。
- (4) 物品は新品・未使用であること。